

ULTRASONIDO PORTÁTIL

UT1041

Características principales:

- 10 programas precargados
- Frecuencia: 1MHz, 3MHz \pm 10%
- Potencia de salida 0.5W-10.0W \pm 20%, cuando el factor de trabajo \geq 80% por 5cm²
 - 0.5W-15.0W \pm 20 cuando el factor de trabajo \leq 70% por 5cm²
 - 0.1W-2.0W \pm 20%, cuando el factor de trabajo \geq 80% por 1 cm²
 - 0.1 W-3.0W \pm 20%, cuando el factor de trabajo \leq 70% por 1 cm²
- Tasa de repetición del pulso: 100Hz \pm 10%
- Factor de trabajo: 10%-100%, pasos de 10%
- Temporizador: máximo 30 minutos
- AER: 5.0 cm² \pm 20%; 1.0 cm² \pm 20%
- Intensidad efectiva máxima:
 - 3.0W/cm² \pm 20% (1MHz)
 - 3.0W/cm² \pm 20% (3MHz)
- R_{BN} (MAX): 5.0

Accesorios

- Cabezal de 5 cm² (1 pieza)
- Cabezal de 1 cm² (1 pieza)
- Adaptador de voltaje (1 pieza)
- Cable para adaptador de voltaje (1 pieza)



Especificaciones:

- Tipo de haz: colimado
- Material del aplicador: aluminio
- Clasificación de protección: clase 1, tipo BF
- Grado de impermeabilidad: IPX7 sólo para el aplicador
- Tensión de alimentación del adaptador: 100 V-240 V, 47 Hz-63 Hz, 1.35 A
- Salida del adaptador: 15V=3A Max
- Dimensiones: 143 mm(L)x73 mm(W)x40 mm(H)
- Condiciones de trabajo
 - Temperatura: 10°C - 40°C
 - Humedad relativa: 30% - 85%
 - Presión atmosférica: 800-1060 hPa
- Condiciones de trabajo
 - Temperatura: 10°C - 40°C
 - Humedad relativa: 30% - 85%
 - Presión atmosférica: 800-1060 hPa
- Condiciones de almacenamiento
 - Temperatura: -10°C - 40°C
 - Humedad relativa: 10% - 90%
 - Presión atmosférica: 700 - 1060 hPa



Precauciones:

- Evite que los electrodos se toquen entre sí durante el tratamiento, debe colocarlas a una distancia mínima de 2.5 cm entre ellos.
- Evite arrugar los electrodos para obtener un funcionamiento óptimo.
- Evite jalar o doblar los cables de los electrodos.
- Evitar el uso del dispositivo en pacientes que lleven puestos dispositivos eléctricos.
- Si el dispositivo no será utilizado por más de 1 semana, retirar la batería.
- Evite utilizar el dispositivo en espacios en donde estén presentes gases comburentes inflamables o vapores inflamables.
- Antes de cada terapia, verifique cuidadosamente el dispositivo y sus accesorios (cables, conectores, electrodos, pantalla táctil) para identificar cualquier daño mecánico, funcional u otro.
- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo.
- Evitar el uso de accesorios o insumos ajenos a los suministrados por la empresa FISIOLAB.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores.
- Evite exponer el dispositivo al contacto con agua, exceso de polvo o la humedad.
- Apague el dispositivo antes de colocar o remover los electrodos. Evite retirar los electrodos autoadhesivos de la piel mientras el dispositivo se encuentre encendido.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores.
- Evite exponer el dispositivo al contacto con agua, exceso de polvo o la humedad.
- Apague el dispositivo antes de colocar o remover los electrodos.
- Evite retirar los electrodos autoadhesivos de la piel mientras el dispositivo se encuentre encendido.



VER EN TIENDA



CONTÁCTANOS