

FISIOLAB

ULTRATHERAPY PRESS PRO X

EQUIPO DE TERAPIA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA
INTERMITENTE SECUENCIAL PT-1003

Especificaciones técnicas:

- Peso: 2.5 Kg
- Alimentación: 110 Volts, 60 Hz
- Grado de seguridad eléctrica: Clase 1/ tipo RF
- Equipo de compresión secuencial portátil de 4 canales
- Modo de uso continuo e intermitente
- Tiempo de operación de 10, 20 y 30 minutos
- Presión de trabajo de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 180 y 250 mmHg



Accesorios incluidos:

- Brazo de cuatro cámaras de 90 cm de largo por 25 de ancho
- Piernas de cuatro cámaras de 110 cm de largo por 30 de ancho
- Faja abdominal de 145 cm de perímetro por 40 de ancho
- Incluye bolso de transporte



Precauciones:

- Equipo no es apto para su uso en presencia de mezclas inflamables con aire o con oxígeno u óxido nitroso.
- Desenchufar las bombas antes de limpiarlas. Solo usar un paño húmedo. No derramar líquido sobre la bomba.
- Siempre colocar las bombas en una superficie plana y estable antes de la operación. Las bombas no funcionarán correctamente si están inclinadas o en ángulo.
- No cubrir las bombas mientras estén en funcionamiento.
- Utilizar solo el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta posterior de la bomba
- No utilizar un cable de alimentación dañado o deshilachado.
- Desenchufar las bombas y remita el servicio a personal de FISIOLAB en las siguientes condiciones:
 - Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - Si ha entrado líquido en las bombas.
 - Si la carcasa exterior de plástico está dañada.
 - Si la bomba no funciona normalmente, funcionamiento continuo, funcionamiento ruidoso o bajo rendimiento.
- Apagar siempre la bomba antes de descomprimir las prendas.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo.



CONTÁCTANOS